

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Акционерное общество "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"  
(АО "ТЗМОИ")**

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, 04.09.2002**

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

**ОГРН 1027200790198**

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

**Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, д.42, к.5, эт. 1, пом. I, ком. 6.4-23Н, телефон:  
+7 (495) 136 41 88**

(адрес, телефон, факс)

**В лице Генерального директора Просвирякова Александра Владимировича**

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

**Заявляет, что Стерилизатор паровой ВК-75-01 по ТУ 9451-143-12517820-2008**

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

**Код ОКПД2 32.50.12.000**

**Код ТН ВЭД 8419 20 000 0**

код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

**Серийный выпуск**

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

**Акционерное общество "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов",  
Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, эт. 1,  
пом. I, ком.6.4-23Н;**

**Место производства: Акционерное общество "Тюменский завод медицинского оборудования и  
инструментов", Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом  
42, корпус 5, эт. 1, пом. I, ком.6.4-23Н**

наименование изготовителя, страны и т.п.

**соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ 12.2.091-2002 (IEC 61010-1:2001),  
ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99, ГОСТ 31598-2012 (EN 285:1996)**

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с  
указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

**Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 2017-507.1 от 17.11.2017  
ИЛ АО "Независимый институт испытаний медицинской техники", рег. № РОСС RU.0001.517966 от  
15.04.2015**

**Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
(РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2008/02428 от 10.01.2020 г.**

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

**Дата принятия декларации 24.01.2020**

**Декларация о соответствии действительна до 24.01.2023**



**Просвиряков Александр  
Владимирович**  
(инициалы, фамилия)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии**

**ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11MP18**

(наименование и адрес органа по сертификации,

**423308, Москва, ул. Мнёвники, дом № 3, корпус 1, этаж 3, пом.1, ком. 26 телефон: +7 (495) 783-42-17**  
зарегистрировавшего декларацию)

**РОСС RU Д-RU.MP18.B.02262/20 от 24.01.2020 действует до 24.01.2023**

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)



**А.Д. Доко**

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)