

**Фармстандарт-Медтехника**

Современные системы  
инфекционного контроля

# ТЗМОИ

## КАТАЛОГ

запасные части



# АЭ-25 МО

**Дистиллятор  
электрический**

12.2014

**Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4****Параметры:**

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009

**Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29 40А 3П  
(заменен на КОНТАКТОР КМИ -23210 32А 220В/АС3 1 НО)****Параметры:**


Артикул		409431384000
Маркировка		ВА47-29 40А 3П
Количество	шт	1
Период использования		с 2004

**Датчик Ц6516М.07.010****Параметры:**

Артикул		409031188300
Маркировка		Ц6516М.07.010
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Микропереключатель МИ-3А****Параметры:**

Артикул		409431334500
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2009

**Пускатель ПМ12-040-152УЗБ****(заменен на Пускатель КМИ-23210 32А 220В АС-3 1НО ИЭК)****Параметры:**

Артикул		409431329000
Маркировка		ПМ12-040-152УЗБ
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



**Пускатель КМИ-23210 32А 220В АС-3 1НО ИЭК**

**Параметры:**


Артикул		КМИ-23210 32А 220В
Обозначение		
Длина	мм	98
Ширина	мм	56
Высота	мм	84
Масса	кг	0,53
Количество	шт	1
Период использования		



**Предохранитель СП-30А**

**Параметры:**

Артикул		409431359500
Маркировка		СП-30А
Количество	шт	1
Период использования		до 2004



**Тумблер ПТ73-2-2**

**Параметры:**

Артикул		409431318000
Маркировка		ПТ73-2-2
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



**Уравнитель Ц6516М.07.000**

**Параметры:**

Артикул		409031195600
Маркировка		Ц6516М.07.000
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



**ШАЙБА ПАРОНИТОВАЯ ОБ. НАИФ758491.002-04 18.5Х36Х2 (10 ШТ.)**

**НАИФ758491.020-04**

**Параметры:**


Артикул		409031159600
Маркировка		НАИФ 758491.002-04
Материал		Паронит ПОН2 ГОСТ 481-80
Наружный диаметр	мм	36
Внутренний диаметр	мм	18,5
Толщина	мм	2
Масса	кг	0,003



Количество	шт	2
Период использования		действ.

**Электроблок в упак. АЭ25МО.16.000\_20****Параметры:**

Артикул		409031164600
Маркировка		АЭ25МО.16.000_20
Количество	шт	1
Период использования		-

**Электронный датчик уровня ЭДУ.010****Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		ЭДУ 010
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**Электронагреватель трубчатый ТЭН 160.02.000 ТН****Параметры:**

Артикул		409531319700
Маркировка		ТЭН160.02.000
Количество	шт	8
Период использования		с 2002 по 2009

**Электронагреватель трубчатый ТЭН160.06.000****Параметры:**

Артикул		409531206500
Маркировка		
Материал оболочки:		нержавеющая сталь 12X18H10T.
Материал крепежных втулок:		латунь ЛС59-1.
Диаметр оболочки,	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Мощность,	кВт	2,7
Напряжение,	В	220
Масса, кг		0,51
Количество	шт	6
Период использования		с 02.2009

