

Фармстандарт-Медтехника

Современные системы
инфекционного контроля

ТЗМОИ

КАТАЛОГ

запасные части



ДЭ-4

Дистиллятор
электрический

12.2014

Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4

Параметры:

Артикул		409431339500
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2008



Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29 25А 2Р

Параметры:


Артикул		
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		с 2004



Контактор КМИ-11210 12А 220В/АС-3 1НО ИЭК

Параметры:

Артикул		
Маркировка		
Количество	шт.	1
Период использования		с 2009



КРАН ШАРОВЫЙ А-80 F 3/8*3/8 №00741

Параметры:

Артикул		409531312400
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		Действ.



МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИ-3А

Параметры:

Артикул		409531317200
Маркировка		МИ-3А
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



ТУМБЛЕР ПТ73-2-2


Параметры:

Артикул		409531308100
Маркировка		ПТ73-2-2
Количество	шт	1
Период использования		до 2009



Пускатель ПМ12-025100УЗБ 220В**Параметры:**


Артикул		409431317500
Маркировка		ПМ-12- 025100УЗБ
Количество	шт	1
Период использования		до 2009

**Уплотнение Ц6612.00.003****Параметры:**

Артикул		409031152000
Маркировка		
Количество	шт	1
Период использования		до 2004

УРАВНИТЕЛЬ Ц6516М.07.000 В УПАКОВКЕ**Параметры:**

Артикул		409031195600
Маркировка		Ц6516М.07.000
Количество	шт	1
Период использования		Действ.

**Электронный датчик уровня в потребительской упаковке ЭДУ.010_20****Параметры:**

Артикул		409031186500
Маркировка		ЭДУ.010
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

**Электронагреватель трубчатый ТЭН85.05.000****Параметры:**

Артикул		409031217000
Маркировка		
Количество	шт	2
Период использования		до 2009



Электронагреватель ТЭН85.06.000

Параметры:

Артикул		409031185300
Маркировка		85.06.000
Длина	мм	215
Длина без втулки	мм	170
Мощность	кВт	2
Напряжение	В	220
Диаметр оболочки	мм	8
Резьба втулок для установки		M14x1,5
Масса	кг	0,32
Количество	шт	1
Период использования		с 2009

