



Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Краевая клиническая
больница»

656024, г. Барнаул-24

ул. Ляпидевского, 1

Телефон: 68-98-11

Факс: 68-98-10

03.04.11 № 1039

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Зезуле А.Ф.

Отзыв

**об апробации моюще-дезинфицирующей машины для
обработки гибких эндоскопов Флэкс Эндо-1 (АО «ТЗМОИ», Россия)
в КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Барнаул**

В соответствии с национальной концепцией профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, Краевая клиническая больница нацелена на внедрение в практику отечественных моюще-дезинфицирующих машин для обработки изделий медицинского назначения, в том числе эндоскопов. В частности, для автоматизации процесса обработки эндоскопического оборудования для нестерильных вмешательств эндоскопическое отделение КГБУЗ Краевой клинической больницы протестировало моюще-дезинфицирующую машину для обработки гибких эндоскопов Флэкс Эндо – 1 (АО «ТЗМОИ», Россия), в комплекте с рекомендованными производителем машины расходными материалами DGM Steriguard для очистки и дезинфекции высокого уровня.

Все этапы обработки (мойка, дезинфекция высокого уровня, продувка каналов, дополнительная сушка каналов спиртом) выполняются в машине в

КГБУЗ Краевая клиническая больница
Россия, 656024, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1
тел.: (3852) 68-98-11, факс: (3852) 68-98-10
электронная почта: kkb@alt-hospital.ru



The Altay Regional Clinical Hospital
1, st. Lyapidevskogo, Barnaul, 656024, Russia
tel.: (3852) 68-98-11, fax.: (3852) 68-98-10
email: kkb@alt-hospital.ru

автоматическом режиме. Наличие встроенного теста на герметичность позволяет проводить проверку эндоскопа на целостность, что позволяет своевременно изымать из обращения вышедшие из строя изделия. Встроенная система подогрева и контроля температуры дезинфицирующего средства позволяет достичь его максимальной эффективности.

За период апробации Флэкс Эндо – 1 в интенсивном режиме медицинский персонал отмечает эффективную и бережную обработку гибких эндоскопов, простоту и повышение скорости работы, что особенно актуально для крупного учреждения, в котором ежегодно лечится свыше 34 тыс. пациентов.

Моюще-дезинфицирующая машина для обработки гибких эндоскопов Флэкс Эндо – 1 в составе комплекса эндоскопического оборудования способна существенно сократить трудозатраты на обработку и время, затрачиваемое сотрудниками на подготовку каждого эндоскопа, гарантирует надежность процесса дезинфекции высокого уровня и безопасность гибкой эндоскопии как для персонала, так и для пациентов больницы.

Главный врач

Д.М. Рудакова



Исполнитель
Петрова А.А.689-787
Петельникова Н.А.

КГБУЗ Краевая клиническая больница
Россия, 656024, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1
тел.: (3852) 68-98-11, факс: (3852) 68-98-10
электронная почта: kkb@alt-hospital.ru



The Altay Regional Clinical Hospital
1, st. Lyapidevskogo, Barnaul, 656024, Russia
tel.: (3852) 68-98-11, fax., (3852) 68-98-10
email: kkb@alt-hospital.ru