

краевое государственное автономное
учреждение здравоохранения

«ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 2»

№ 670 18 марта 2022.

ул. Русская, 57, г. Владивосток,
690105, Телефон: 232-48-91, 232-77-40

Генеральному директору

ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Зезуле А. Ф.

**Отзыв о работе стерилизатора парового PHS-100 в Краевом
государственном автономном учреждении здравоохранения
«Владивостокская клиническая больница №2»**

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №2», более известная жителям города и края, как «тысячечкоечная», открыта 2 октября 1978 года как больница скорой медицинской помощи на 1100 коек со структурным подразделением – станцией скорой медицинской помощи. Больница отказывает основные виды высокотехнологичной помощи по следующим направлениям: нейрохирургия, травматология и ортопедия, хирургия, урология, акушерство и гинекология, ревматология, онкология.

В конце 2019 года наше учреждение с целью резервной стерилизации изделий медицинского назначения приобрело современное оборудование - Стерилизатор паровой с автоматическим управлением PHS-100, производства АО «ТЗМОИ», Россия.

Стерилизатор PHS-100 оборудован прямоугольной стерилизационной камерой объемом 100 литров, размещается на столе-подставке, которой производитель комплектует изделие, имеет автоматическое управление, слайдовую дверь, сенсорную панель управления, а также встроенный принтер. Всё это делает использование стерилизатора удобным и комфортным.

Данное оборудование используется для стерилизации различного типа изделий медицинского назначения, находящихся в обороте нашего учреждения, а большое количество предустановленных и свободно настраиваемых режимов позволяет обрабатывать любые типы медицинских инструментов.

С помощью PHS-100 ежедневно в среднем выполняется до 2-х циклов стерилизации. Персонал, ответственный за эксплуатацию стерилизатора, отмечает удобство работы и контроля процесса, производительную камеру, короткое время цикла и высокий результат, подтверждаемый средствами

химического и физического контроля. Дополнительным преимуществом данной модели стерилизатора является низкое потребление воды и электроэнергии.

Паровой стерилизатор PHS-100 производства АО «ТЗМОИ» - это современное оборудование, которое позволяет проводить эффективную стерилизацию изделий медицинского назначения в упакованном виде, а двухлетний опыт эксплуатации данного стерилизатора подтверждает его надежность и безопасность.

Врио главного врача КГАУЗ
«Владивостокская клиническая
больница №2»


О.А. Лакомкина

инженер Третьяк Е.В.

