



Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника №27»
190068, г. Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., д. 29, лит. А
тел/факс 246-39-98
ОКПО 33191475,
ОГРН 1027810253393
ИНН 7812018318, КПП 783801001
От 12 июля 2022 № 1231/22
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Зезуле А.Ф.

Отзыв

об успешной эксплуатации моюще-дезинфицирующей машины для обработки гибких эндоскопов Флэкс-Эндо-1 (АО «ТЗМОИ», Россия) в СПб ГБУЗ "ГП №27"

СПб ГБУЗ "ГП №27" – одно из крупнейших многопрофильных амбулаторно-поликлинических учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Учреждение включает в себя взрослое поликлиническое отделение, детское поликлиническое отделение и отделение скорой медицинской помощи. В состав СПб ГБУЗ "ГП №27" входят 26 лечебно-диагностических отделений, 4 специализированных кабинета, 1 соматический дневной стационар и межрайонный консультативно-диагностический глаукомный центр. Подразделения поликлиники обслуживают 70 тыс. человек взрослого населения и более 12 тыс. детей.

Одним из направлений деятельности учреждения является проведение эндоскопических исследований населения с диагностической целью. В связи с ростом эндоскопических манипуляций, повышением требований к скорости и качеству обработки гибких эндоскопов, наше учреждение приняло решение о закупке специализированного оборудования для автоматической дезинфекции.

В мае 2021 г. мы получили моюще-дезинфицирующую машину для обработки гибких эндоскопов Флэкс-Эндо-1 производства АО «ТЗМОИ».

Флэкс-Эндо-1 установлена в эндоскопическом кабинете и подвергается ежедневной эксплуатации в интенсивном режиме. В машине проводится обработка гибких эндоскопов марок OLYMPUS, PENTAX. Все этапы обработки (мойка, дезинфекция высокого уровня, продувка каналов, сушка спиртом, т.п.) выполняются в автоматическом режиме, что позволяет сократить общее время обработки эндоскопа и обеспечивает эффективное использование времени персонала отделения.

Важным моментом является то, что машина позволяет производить проверку целостности эндоскопического оборудования благодаря наличию

встроенного теста на герметичность. Гарантия качества и эффективности обработки эндоскопов в установке Флекс Эндо обеспечивается наличием встроенной системы подогрева дезинфектанта.

Медицинский персонал отмечает простоту управления и контроля машины Флекс Эндо, наличие встроенной автоматической системы документирования цикла, а также безопасность при работе с машиной благодаря отсутствию контакта с химическими средствами в ходе выполнения процедуры обработки эндоскопа.

По итогам однолетнего опыта эксплуатации моюще-дезинфицирующей машины для обработки гибких эндоскопов Флэкс-Эндо-1 производства АО «ТЗМОИ» наше учреждение отмечает, что это современная установка для проведения автоматической дезинфекции высокого уровня, которая полностью удовлетворяет требованиям к эффективной, бережной, надежной и безопасной обработке гибких эндоскопов.

Главный врач



А.А. Команенко